ACCU-CHEK® Guide

Roche

Guía rápida de uso

- Conectividad USB y Bluetooth®
- Eyector de tiras
- Nuevo Smart Pack
- Luz Integrada
- Menú desplegable para una configuración personalizada

PUNCIÓN PRÁCTICAMENTE INDOLORA

GARANTÍA DE POR VIDA

CENTRO ACCU-CHEK® 55 5081 5857 - 800 9080 600

©2018 Roche DC México, S.A. de C.V. Accu-Chek®, Accu-Chek® Active, Accu-Chek® Instant, Accu-Chek® Performa, Accu-Chek® Guide y Accu-Chek® Softclix, son marcas comerciales registradas propiedad de Roche Diabetes Care GMBH. Roche® es una marca registrada propiedad de Productos Roche, S.A. de C.V. Consulte a su médico. Lea el instructivo antes de usarse.
No. de Reg. 2213E2019, 2211R2019 SSA.

ACCU-CHEK®
Confianza, Calidad y Garantía

Guía rápida de uso

Visión general del medidor

1. Pantalla
2. Teclas “Atrás”
3. Teclas “Arriba” y “Abajo”
4. Tecla “On”, “Off”, “Set”, “OK”
5. Ranura tira reactiva
6. Tapa del compartimento de las pilas
7. Puerto micro USB
8. Eyector de tiras
9.Tubo de tiras reactivas
10. Extremo metálico
11. Borde amarillo

Cómo realizar una prueba de glucosa



Extraiga una tira reactiva del envase. Cierre la tapa firmemente.



Inserte el extremo metálico de la tira reactiva en el medidor.



Puncione sobre un lado de la yema del dedo.

Toque el borde amarillo de la tira reactiva con la gota de sangre. Retire el dedo de la tira cuando aparezca el mensaje “Analizando” en la pantalla.

El resultado de la prueba aparece en la pantalla en menos de 4 segundos.

Elimina la tira sin contacto con el botón “Eyector de tiras” de forma rápida y sencilla.

Como añadir un marcador

1. Luego de realizar una prueba de glucosa, presione OK para añador un marcador, si así lo desea.

2. Aparece el menú “Añadir” marcador. Presione ▼ para resaltar el marcador deseado. Presione OK para selecionarlo.

Cómo ver los porcentajes de los intervalos ideales



Nota: los intervalos ideales deben estar configurados en el medidor para revisar los % de intervalo.
1. Desde el Menú principal, presione ▼ para resaltar Mis Datos.

2. Presione OK nuevamente para seleccionar “% intervalo ideal”

3. Para ver los detalles, resalte la categoría deseada y presione OK. Luego, seleccione un periodo de tiempo.

4. Vea sus resultados.

ACCU-CHEK®
Confianza, Calidad y Garantía